



NU-259(2) 振動試料型磁力計

玉川製作所製 TM-VSM271483-HGC

登録ファイル



- ・ .VSMファイル
(補正した場合、補正後のデータ) **必須です**
- ・ 補正前、バックグラウンドの.VSMファイル
必須ではありませんが**登録を推奨**します



添付ファイル



- 成膜条件のPDLファイル **必須ではありません**
- 試料写真等 **必須ではありません**

【注意事項】

- ① **補正をかけた場合、補正後のデータを登録**してください。また、補正前やバックグラウンドのデータの登録も推奨します
- ② RDEデータ登録の「送り状入力」→「試料情報」→「**試料の説明**」に**試料の面積／体積、または重量の情報を入力**してください
- ③ **原則実施日、試料ごとに登録**し、関連するデータを同時に登録してください。試料名、試料番号、測定条件など後で識別できるファイル名で**保存**し、登録ファイルへ一度に登録してください。

ご注意：登録開始を押して構造化が始まると、登録ファイルは追加・編集できません。
(追加・編集したい際は、構造化済のデータを削除して再度登録を行います)

※ 分かりにくい箇所がございましたらお知らせください。マニュアルは随時改訂いたします。



お問い合わせ hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp

ARIM名古屋大学
加工・デバイスプロセス分野
データ登録担当：秦

2024/12/12